

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ: Τον Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων «Σύριγγες και Βελόνες»

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνταξης προδιαγραφών που διενεργείται από το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ  
Από την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 στις 15.00 μμ.

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	SIEMENS HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση	ΑΓΗΣΙΝΑΟΥ 6-8, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
Υπεύθυνος σύνταξης	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
Τηλέφωνο	210-6590933
Φαξ	210-6544024
Email	christos.koukouras@siemens.com

ΠΡΟΣ

**Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ**  
**Μποτάση 51**  
**Τ.Κ. 18537 Πειραιάς**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**Γραφείο Διαχείρισης Υλικού**  
**κ. Κουτσιλιέρη**  
**Τηλέφωνο: 213 2079764**  
**E-mail: [diavouleusi\\_metaxa@yahoo.gr](mailto:diavouleusi_metaxa@yahoo.gr)**

Όνομα Δήμητρα Παπαδημητρίου – Αναστάσιος Παπαδόπουλος  
Τμήμα Πωλήσεων & Marketing  
Τηλέφωνο +30 (210) 6590233 – 210 6590909  
Fax +30 (210) 6544024  
Κινητό  
E-mail [dimitra.papadimitriou@siemens.com](mailto:dimitra.papadimitriou@siemens.com)  
[marianna.westerberg@siemens.com](mailto:marianna.westerberg@siemens.com)  
Επιστολή σας  
Σημεία μας Αρ πρωτ 1058  
Ημερομηνία 6/10/2017

**Αφορά: Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών & Προτύπων για την διαδικασία προετοιμασίας Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια των ειδών : Σύριγγες και Βελόνες». Αρ. Πρ. 18504/26-9-2017**

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε απάντηση της ως άνω πρόσκλησης σας, καταθέτουμε τα ζητούμενα από εσάς στοιχεία για τον κωδικό είδους

**ΔΑΠΑΘ Α920 , με Α/Α 9. ΣΥΡΙΓΓΕΣ μ.Χ. ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΞΗΡΗ ΗΠΑΡΙΝΗ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.**

1. Να είναι κατάλληλες για δειγματοληψία αρτηριακού αίματος για τη μέτρηση PO<sub>2</sub>, PCO<sub>2</sub>, Ph, CO-οξυγονομέτρηση, ηλεκτρολύτες (Κ, Na, CaCl) & μεταβολίτες (γλυκόζη – γαλακτικό)
2. Να είναι ηπαρινισμένες έτοιμες προς χρήση με εξισορροπημένο τύπο ηπαρίνης με ποσότητα ηπαρίνης εντός των διεθνών οδηγιών και προτύπων.
3. Να είναι προ-ηπαρινισμένες με ξηρό τύπο ηπαρίνης
4. Η ηπαρίνη να είναι φιλική προς τα ηλεκτρόδια έτσι ώστε να μην επηρεάζει το χρόνο ζωής τους.
5. Η σύσταση της ηπαρίνης να μην δημιουργεί παρεμβολές στις μετρήσιμες παραμέτρους
6. Όγκος δείγματος 3ml με βελόνα
7. Η βελόνα θα πρέπει να διευκολύνει την τοποθέτηση της σύριγγας στο εσωτερικό της αρτηρίας και να είναι 22G ή 25G.
8. Να διαθέτουν ειδικό σύστημα για την απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα και την εξαλείφει των βιολογικών κινδύνων που σχετίζονται με την αποβολή φυσαλίδων σε επιθέματα γάζας

SIEMENS HEALTHCARE ABEE

SIEMENS HEALTHCARE  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αγησιλάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ +30 (210) 65 90 900  
Fax +30 (210) 65 44 024

[http // www.siemens.com/healthineers](http://www.siemens.com/healthineers)

- 9 Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και να επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης Α6/6404δς
- 10 Η σύριγγες να είναι πλήρως συμβατές με τους αναλυτές αερίων αίματος των κορυφαίων κατασκευαστών
- 11 Για την αποφυγή προβλημάτων στα υλικά του αναλυτή , σε περίπτωση που η σύριγγα διαθέτει σιλικόνη , αυτή να είναι "medical grade" ώστε να μην διαλύεται στο δείγμα και να μην προκαλεί γαλακτωματοποίηση

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

SIEMENS HEALTHCARE  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΓ. ΗΡΩΩΝ 6-8, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΑΦΜ 99466875 Δ.Ο.Υ. Φ.Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ 210 6690 900 FAX 210 66 44 024  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 271501179/66/080,00 - Α.Μ.Π. 1904  
ΑΡ.Π.Ε.Μ.Η.Ε. 002370601000

Βασιλική Ντυγδάλη

Προϊστάμενη Εταιρείας