



Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Λεκαδίτη Χρ.
Τηλ: 2132079322-9764-9164
Φαξ: 210 4516237
Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αντικειμενοφόρων Πλακών»

Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. Το υπ' αρ. 17/05.12.2013 αποσπάσματος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με τη Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου μας για την προμήθεια **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ** (Παράρτημα Β'), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 3/10/17 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 11/10/17 στις 15.00 μμ.

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού diavouleusi_metaxa@yahoo.com, συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α'.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

1. Παράρτημα Α'- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β' -Κείμενο Διαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»
από την Τρίτη 3/10/17 έως και την Τετάρτη 11/10/17 στις 15.00 μμ.

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	
Ταχυδρομική Διεύθυνση	
Υπεύθυνος σύνταξης	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Email	

1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις

.....
.....
.....
.....
.....

.....

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος Αναφοράς (π.χ. 1α)	Τίτλος Παραγράφου	Σελίδα/ες αναφοράς	Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΓΡΕ (πακέτο των 50)

Αντικειμενοφόρες πλάκες σαγρέ και από τις δύο πλευρές (γαλακτόμορφες) με τροχισμένες άκρες διαστάσεων 26X76 mm ($\pm 0,8\text{mm} \times 1-1,2\text{mm}$)
Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΤΟ ΤΖΑΜΙ

Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες σκέτο τζάμι και από τις δύο πλευρές 26X76 mm ($\pm 0,8\text{mm} \times 1-1,2\text{mm}$)
Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPER FROST

Αντικειμενοφόρες πλάκες τύπου super frost, διπλοτροχισμένες, διαστάσεων 75X25X1 mm με κομμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια στον χειρισμό. Από εξαιρετικής ποιότητας γυαλί οι οποίες να φέρουν λευκή επιφάνεια ANEΞΙΤΗΛΗΣ αναγραφής των στοιχείων του δείγματος. Κατάλληλες για χρήση σε μηχανήματα αυτόματης επικάλυψης.
Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPER FROST PLUS

Αντικειμενοφόρες πλάκες super frost plus, θετικά φορτισμένες, διαγνωστικές διαστάσεων 25X75X1 mm με λευκή επιφάνεια ANEΞΙΤΗΛΗΣ αναγραφής των στοιχείων του δείγματος. ΕΙΔΙΚΕΣ για τεχνικές που απαιτούν θερμική αποκάλυψη επιτόπων (95°C) όπως ανοσοϊστοχημεία και in situ υβριδισμός, με μόνιμα θετικά φορτισμένη επιφάνεια. Κατάλληλες για χρήση σε μηχανήματα ανοσοϊστοχημείας καθώς και σε μηχανήματα αυτόματης επικάλυψης.
Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SINGLE CYTOSLIDE ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ SINGLE CYTOFUNNEL

Να είναι θετικά φορτισμένες για χρήση με τους θαλαμίσκους EZ SINGLE CYTOFUNNELS στην κυτταροφυγόκεντρο Cytospin 4
Να έχουν κυκλικό περίγραμμα για προκαθορισμένο κυκλικό πεδίο σάρωσης
Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD.

Θα πρέπει να κατατεθούν ένα ή δύο δείγματα ανά είδος.

Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ										
α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΓΡΕ	ΔΑΕΡΓΑ1		ΤΕΜ	2.1.87	0,04		24%		
2	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΤΟ ΤΖΑΜΙ	ΔΑΕΡΓ1		ΤΕΜ	16.2.76	0,012		24%		
3	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPER FROST	ΔΑΕΡΓ2		ΤΕΜ	16.2.38	0,034		24%		
4	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPER FROST PLUS	ΔΑΕΡΓ3		ΤΕΜ	16.2.110	0,123		24%		
5	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SINGLE CYTOSLIDE ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ SINGLE CYTOFUNEL	ΔΑΕΡΓ214		ΤΕΜ		0,24		24%		
	ΣΥΝΟΛΟ									