



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Σ. Μαλινδρέτος
Τηλ: 210 4520835
Φαξ: 210 4528948
Email: prommet@yahoo.gr

Πειραιάς 12873/24-06-2016

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Απολυμαντικών για Δημόσια Διαβούλευση»

Σχετ.: 1. Το υπ' αριθμ. 17/05.12.2013 απόσπασμα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Πρωτοξειδίου του Αζώτου του Νοσοκομείου μας (Παράρτημα Β'), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 28/06/2016 και θα ολοκληρωθεί τη Τετάρτη 06/07/2016 στις 15.00 μμ.

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών prommet@yahoo.gr, συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α'.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ

Συνημμένα

1. Παράρτημα Α' - Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β' -Κείμενο Διαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Πρωτοξειδίου Αζώτου

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ

Από την Τρίτη 28/06/2016 έως και την Τετάρτη 06/07/2016 στις 15.00 μμ.

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	
Ταχυδρομική Διεύθυνση	
Υπεύθυνος σύνταξης	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Email	

1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος Αναφοράς (π.χ. 1)	Τίτλος Παραγράφου	Σελίδα/ες αναφοράς	Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις	Άλλες σχετικές παραπομπές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΜΕΘ ΚΛΠ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛ1	200	ΛΙΤΡΑ		6	1200	24%	288	1488
1β	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛΑ1	100	ΛΙΤΡΑ	28.1.33	4,6	460	24%	110,4	570,4
2	ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ	ΔΑΑΠΛΑ2	40	ΛΙΤΡΑ		9,7	388	24%	93,12	481,12
3	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛ18	150	ΛΙΤΡΑ	28.1.3	5,9	885	24%	212,4	1097,4
4	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛ7	10	ΛΙΤΡΑ		5,8	58	24%	13,92	71,92
5	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΕΥΔΗ 2% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛ10	520	ΛΙΤΡΑ	28.1.31	9,8	5096	24%	1223,04	6319,04
6	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΛΕΥΔΗ 2% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛ9	100	ΛΙΤΡΑ	28.1.12	2,69	269	24%	64,56	333,56
7	ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΛΕΥΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 20 ΤΑΙΝΙΕΣ	ΔΑΑΠΛΒ11	500	ΤΕΜΑΧΙΑ		0,08	40	24%	9,6	49,6
8	ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΕΥΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 20 ΤΑΙΝΙΕΣ	ΔΑΑΠΛ11	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	28.1.7	0,57	285	24%	68,4	353,4

9	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΑΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ	ΔΑΑΠΛ15	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	57.129	7,000	140	24%	33,6	173,6
10	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΑΥ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ,ΚΛΠ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ	ΔΑΑΠΛΓ1	150	ΤΕΜΑΧΙΑ	28.144	3	450	24%	108	558
11	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛΑ6	160	ΛΙΤΡΑ		11,5	1840	24%	441,6	2281,6
12	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE E ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛ12	170	ΛΙΤΡΑ		39	6630	24%	1591,2	8221,2
13	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ, SOLUSCOPE D ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛΑ12	170	ΛΙΤΡΑ		33,4	5678	24%	1362,72	7040,72
14	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 15 ΛΙΤΡΑ	ΔΑΑΠΛ19	100	ΛΙΤΡΑ		3,5	350	24%	84	434
	ΣΥΝΟΛΟ:						23769	24%	5704,56	29473,56

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης.
- Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν:
 - Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης και δείγμα προϊόντος
 - Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας
 - Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. , Γ.Χ.Κ., σήμανση CE για νοσοκομειακή χρήση
 - Πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τους Διεθνείς Οργανισμούς που να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες δεν είναι επικίνδυνες για το χρήστη.
- Οι οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή να προσκομίζονται απαραίτητα μαζί με την επίσημη ελληνική μετάφραση και οι πρωτότυπες του κατασκευαστικού οίκου στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
- Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός ή δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, **θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα εξαρτήματα.**

5. Για το καθαριστικό –απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων χωρίς αλδεϋδες να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας (και μελέτες- test για την κάθε κατηγορία λοιμογόνου παράγοντα χωριστά) κάτω από την παρουσία οργανικού φορτίου.
6. Για τα είδη που απαιτείται αραίωση θα προσκομίζονται οι πρωτότυπες οδηγίες αραίωσης και χρόνος δράσης για **νοσοκομειακή χρήση** από την κατασκευάστρια εταιρεία μαζί με την επίσημη ελληνική μετάφραση.
7. Μελέτες βιοδασπασιμότητας θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη όπως και πιστοποιητικό συμβατότητας με τα απορρυπαντικά για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων, καθώς επίσης και κάθε πλεονέκτημα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές.
8. Θα πρέπει **απαραιτήτως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο διαλύματος του πυκνού διαλύματος και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος** στην προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραίωση. Θα αξιολογηθούν οι προσφορές και με γνώμονα το χρόνο δράσης του προϊόντος. Σε ότι αφορά τα στερεά (σκόνη) θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή ανά κιλό.
9. Σε κάθε επιμέρους προϊόν (αν πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση) και όπου ζητείται , οι προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται το κόστος ανά μονάδα αδιάλυτου προϊόντος, σε ποια συγκέντρωση του απολυμαντικού αυτό είναι δραστικό, σε συγκεκριμένο χρόνο δράσης, για δραστικότητα σε συγκεκριμένους μικροοργανισμούς ή ιούς και για ό,τι άλλο κριθεί από την Επιτροπή απαραίτητο, ώστε να είναι αντικειμενικά συγκρίσιμα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία.
10. Γνώση του προγραμματισμού και της λειτουργίας των πλυντηρίων θεωρείται απαραίτητη και θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά .
11. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγματα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσμή κ.λ.π.
12. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία στο νοσοκομείο, έχει δικαίωμα να προσβάλει τη σύμβαση το νοσοκομείο εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή στη συνεργασία με την εταιρία.
13. Για τα προσφερόμενα προϊόντα σε υγρή μορφή πρέπει να αναφέρεται η Ελάχιστη Αποτελεσματική Συγκέντρωση (M.E.C.) για κάθε μικροοργανισμό και ο χρόνος επαφής σε συνθήκες υψηλού μικροβιακού φορτίου (dirty conditions) και η μέθοδος ελέγχου (test in practice ή ποσοτική μέθοδος εναιώρισης) ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προϊόντων.
14. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας ενός απολυμαντικού να πληροί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων.
15. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πάμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας προϊόντων.
16. Μετά την κατακύρωση , ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο νοσοκομείο πλαστικοποιημένες πινακίδες σε μέγεθος A4 που να περιέχουν: Ονομασία προϊόντος, οδηγίες χρήσης , κινδύνους και μέτρα προφύλαξης, αντίδοτα εάν απαιτούνται, εργοστάσιο παρασκευής, υπεύθυνο διανομής και κυκλοφορίας. Επίσης θα πρέπει να χορηγήσει ντοσιέ που να περιέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος καθώς και οδηγίες χρήσεως στην επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΔΑΑΠΛ1

Α/Α. 1Α: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ- ΜΕΘ -Κ.Α.Π) ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ .

- Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών, που να ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες απολυμαντικών και απορρυπαντικά συστατικά
- Να περιέχει αλδεΐδες πλην φορμαλδεΐδης.
- Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, μυκοβακτηρίδια, ιούς και μύκητες (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας).
- Να έχει γρήγορη δράση (έως 15' -30'). Θα αξιολογηθούν οι τιμές των διαλυμάτων στην αραιώση που επιτυγχάνεται αποτέλεσμα σε χρόνο 15' -30' για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος .
- Να έχει καλές καθαριστικές ιδιότητες.
- Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και τους βλεννογόνους
- Να έχει ευχάριστη οσμή
- Να μην είναι διαβρωτικό για τις διάφορες επιφάνειες
- Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

ΔΑΑΠΛΑ 1

Α/Α. 1Β: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κ.Α.Π. ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ . ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.33

- Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών, που να ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες απολυμαντικών και απορρυπαντικά συστατικά
- Να μην περιέχει αλδεΐδες
- Να έχει αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, ιούς και μύκητες (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας).
- Να έχει γρήγορη δράση (έως ' 15' -30'). Θα αξιολογηθούν οι τιμές των διαλυμάτων στην αραιώση που επιτυγχάνεται αποτέλεσμα σε χρόνο 15' για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος .
- Να έχει καλές καθαριστικές ιδιότητες.
- Να έχει ευχάριστη οσμή
- Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και τους βλεννογόνους
- Να μην αφρίζει
- Να μην είναι διαβρωτικό για τις διάφορες επιφάνειες
- Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

ΔΑΑΠΛΑ 2

Α/Α. 2: ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ.

- Να περιέχει συστατικά σε υψηλή συγκέντρωση άνω του 50% ικανά να απομακρύνουν τη σκουριά και τις κηλίδες που παρουσιάζονται μετά την επαφή των εργαλείων με προϊόντα που τα χρωματίζουν
- Να προστατεύει τα εργαλεία από την οξείδωση και να μην φθείρει τις επιχρυσωμένες επιφάνειες των εργαλείων
- Να μην είναι τοξικό και να μην φέρει κατάλοιπα
- Να μην περιέχει συστατικά που εμποδίζουν την αποστείρωση των εργαλείων στην οποιαδήποτε αποστειρωτική μέθοδο
- Να φέρει σήμανση CE
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

ΔΑΑΠΛΑ18

Α/Α 3: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.3

- Το υγρό προορίζεται για το αποτελεσματικό καθαρισμό και απορρύπανση ιατροχειρουργικών εργαλείων για πλυντήρια και πλύσιμο στο χέρι .
- Να περιέχει ένζυμα ικανά να καθαρίζουν αποτελεσματικά πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα
- Να έχει ελαφρά αλκαλικό Ph

- Να μην αφρίζει, να μην είναι διαβρωτικό και ερεθιστικό για τους βλεννογόνους και τα μάτια και να έχει ευχάριστο – διακριτικό άρωμα.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.
- Να επισυναφθούν τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus, αλλά και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά.
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο
- Να μην έχει δυσάρεστη οσμή
- Να αναφέρονται οι χρόνοι δράσης
- Όταν χρησιμοποιηθεί για πλύσιμο χειρουργικών εργαλείων στο χέρι να επιτυγχάνεται ταχεία δράση (15' -30' λεπτά).
- Να είναι έτοιμο προς χρήση

ΔΑΑΠΛΑ7

A/A 4: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ

- Να έχει αλκαλικό έως ουδέτερο pH
- Να διαθέτει μεγάλη γαλακτοματοποιητική και διεισδυτική δύναμη και έντονη απορρύπανση, ώστε να αφαιρεί αποτελεσματικά αίμα, λίπος, ιστούς κ.λ.π.
- Να μην αφήνει κατάλοιπα (θαμπάδες) στα γυάλινα αντικείμενα
- Να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.
- Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και του βλεννογόνους.

ΔΑΑΠΛ10

A/A 5 : ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΕΥΔΗ 2% ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.31

- Ορθοφθαλδεύδη (τουλάχιστον 0,55% στο τελικό διάλυμα χρήσης)
- Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκοπία του νοσοκομείου και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας μη συμβατότητας του απολυμαντικού.
- Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, μυκοβακτηρίδια, ιούς και μύκητες εντός 5 λεπτών. Να έχει και σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας.
- Να συνοδεύεται από έγκυρες και ανεξάρτητες μελέτες και βιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση του.
- Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή
- Χαμηλού αφρισμού
- Να μην είναι διαβρωτικό
- Να μη φράσσει
- Να μην αφήνει υπολείμματα στα όργανα.
- Να φέρει σήμανση CE

ΔΑΑΠΛ9

A/A 6: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΛΕΥΔΗ 2% ΣΥΣΚ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.12

- Έτοιμο προς χρήση διάλυμα Γλουταραλδεύδης με περιεκτικότητα σε δραστική ουσία τουλάχιστον 2% και σταθεροποιημένο pH, χωρίς ενεργοποιητή.
- Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, μυκοβακτηρίδια, ιούς και μύκητες εντός 15' -30' λεπτών. Να έχει και σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας.
- Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκοπία του Νοσοκομείου και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας μη συμβατότητας του απολυμαντικού.
- Να συνοδεύεται από έγκυρες και ανεξάρτητες μελέτες και βιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση του.
- Εάν ο κατασκευαστής του προσφερόμενου προϊόντος αναφέρει ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του 24ώρου, τότε πρέπει να προσφέρονται και δείκτες (ταινίες-strips) για τον καθημερινό έλεγχο της αποτελεσματικότητας του διαλύματος χρήσης.
- Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή
- Να φέρει σήμανση CE

ΔΑΑΠΛΒ 11

A/A. 7: ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΛΕΨΔΗΣ ΣΥΣΚ. ΕΩΣ 20 ΤΑΙΝΙΕΣ

(το είδος θα παραγγελθεί ως έχει)

- Η τιμή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιμή προϊόντος + τιμή ταινιών).

ΔΑΑΠΛ11

A/A 8: ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΕΨΔΗΣ ΣΥΣΚ. ΕΩΣ 20 ΤΑΙΝΙΕΣ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.7

(το είδος θα παραγγελθεί ως έχει)

- Η τιμή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιμή προϊόντος + τιμή ταινιών).

ΔΑΑΠΛΑ 3

A/A. 9: ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΧΛΩΡΙΟ (ΔΙΣΚΙΑ 5 GR) ΣΥΣΚ ΕΩΣ 50 ΔΙΣΚΙΑ

- Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) σε περιεκτικότητα 5 γρ.
- Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα
- Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.
- Να αναφέρεται η δοσολογία και ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής δράσης
- Να φέρονται σε πρακτική συσκευασία.
- Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

ΔΑΑΠΛ15

A/A. 10: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΪ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 57.129

- Να είναι υδατοδιαλυτό
- Να μην περιέχει σιλικόνη
- Το κάθε δοχείο να φέρεται με αντλία ψεκασμού
- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εργαλεία που αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού
- Να μην είναι τοξικό για τους χρήστες και να μην αφήνει κατάλοιπα πάνω στα εργαλεία
- Να είναι κατάλληλο για υλικά με αρθρώσεις
- Να επιτυγχάνεται μέσω της λίπανσης και η συντήρηση των ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων
- Να φέρει σήμανση CE

ΔΑΑΠΛΓ1

A/A. 11 : ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΚΛΠ.) ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.44

- Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών
- Να μην περιέχει αλδεΐδες και αλκοόλες
- Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας)
- Να μην είναι διαβρωτικό για τα ανοξειδωτά και να είναι κατάλληλο για χρήση και σε πλαστικό, γυαλί, ακρυλικά, πολυμερή κλπ, χωρίς να τα καταστρέφει.
- Να φέρεται σε εύχρηστη συσκευασία (μέχρι 1 λίτρο) με συσκευή ψεκασμού στην κάθε φιάλη
- Να είναι ταχείας δράσης (5'-15') και να μην αφήνει στίγματα.
- Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό και ερεθιστικό για τους χρήστες
- Να φέρει σήμανση CE

ΔΑΑΠΛΔ 1

A/A 11^A : ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.39

- Να μην περιέχουν αλδεΐδες, φαινόλες και τεταρτοταγή αμμωνιακά άλατα
- Να είναι βακτηριοκτόνα, μυκητοκτόνα, φυματιοκτόνα, ιοκτόνα, (HBV, HIV),
- Να είναι συμβατά με μεταλλικές επιφάνειες

- Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και καθαριστικής δράσης οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν να είναι αυτές που έχουν αποτέλεσμα το αργότερο σε 5'.
- Να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ κ ΓΧΚ .
- Να είναι υγρό σε συσκευασία έως 1 λίτρο με σύστημα ψεκασμού.
- Να είναι ασφαλές για το χρήστη και να μην ερεθίζει το δέρμα και τους βλεννογόνους.

ΔΑΑΠΛΑ6

A/A. 12: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ

- Να περιέχει τουλάχιστον τρία ένζυμα για να διαλύει πρωτεΐνες, λίπη και άλλους οργανικούς ρύπους
- Να δρα ταχέως (σε 15 λεπτά). Θα αξιολογηθεί η αραιώση που έχει αποτέλεσμα σε αυτό το χρόνο
- Να έχει ουδέτερο Ph ($7\pm 0,5$)
- Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται στο Νοσοκομείο και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας μη συμβατότητας του προϊόντος
- Να έχει σήμανση CE
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

ΔΑΑΠΛ12

A/A. 13 : ENZYMATIKO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE E, (ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ)

- Να είναι συσκευασίας 2 λίτρων και κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του Εργαστηρίου του Ενδοσκοπικού Τμήματος (να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου).
- Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45°
- Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 0,5%
- Να έχει περιεκτικότητα σε ένζυμα 2%
- Να έχει περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου μεταξύ 0,5-2%

ΔΑΑΠΛΑ 12

A/A 14: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE D. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ

- Συμπυκνωμένο διάλυμα γλουταραλδεΐδης σε συσκ. 5 λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του Εργαστηρίου του Ενδοσκοπικού Τμήματος (να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου).
- Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45°
- Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 0,15%
- Να περιέχει γλουταραλδεΐδη σε πυκνότητα τουλάχιστον 24%
- Να έχει pH 3,5-4

ΔΑΑΠΛ 19

A/A 15: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΙΤΡΑ.

- Να επισυναφθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τύπο προϊόντος αρ. 4 «Απολυμαντικά Χώρων Τροφίμων και Διατροφής»
- Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. (επικυρωμένο αντίγραφο)
- Να έχει έντονη καθαριστική δράση, ιδιαίτερα στα λίπη και τις πρωτεΐνες.
- Να έχει αντιμικροβιακό φάσμα έναντι βακτηριδίων και μυκήτων(να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας).
- Να μην περιέχει αλδεΐδες , χρωστικές και αρώματα.
- Να έχει ταχεία δράση(15' -30') και θα αξιολογηθούν οι τιμές των διαλυμάτων στην αραιώση που επιτυγχάνεται αποτέλεσμα σε χρόνο 15' για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος . Να δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης (αραιώση, αναγκαιότητα έκπλυσης των επιφανειών μετά την εφαρμογή κ.λ.π.).
- Να μην είναι τοξικό για τους χρήστες
- Να μην είναι διαβρωτικό των επιφανειών