



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11148/12-6-17

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»  
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Τηλ: 213 2079100

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ. Λεκαδίτη Χρ.  
Τηλ: 2132079322-9764-9164  
Φαξ: 210 4516237  
Email: [diavouleusi\\_metaxa@yahoo.gr](mailto:diavouleusi_metaxa@yahoo.gr)

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Γαντιών**

*Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*

*2. Το υπ' αρ. 17/05.12.2013 αποσπάσματος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με τη Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.*

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου μας για την προμήθεια **ΓΑΝΤΙΩΝ**, προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 13/6/2017 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 21/6/17 στις 15.00 μμ.

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού [diavouleusi\\_metaxa@yahoo.gr](mailto:diavouleusi_metaxa@yahoo.gr), συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α'.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.metaxa-hospital.gr](http://www.metaxa-hospital.gr), όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

1. Παράρτημα Α'- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β' –Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Β. Πίνακας Ειδών

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» από την Τρίτη 13/6/17 έως και την Τετάρτη 21/6/17 στις 15.00 μμ.

<b>Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου</b>	
<b>Ταχυδρομική Διεύθυνση</b>	
<b>Υπεύθυνος σύνταξης</b>	
<b>Υπεύθυνος Επικοινωνίας</b>	
<b>Τηλέφωνο</b>	
<b>Φαξ</b>	
<b>Email</b>	

**1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις**

.....  
.....  
.....

**2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις**

<b>Παράγραφος Αναφοράς (π.χ. 1α)</b>	<b>Τίτλος Παραγράφου</b>	<b>Σελίδα/ες αναφοράς</b>	<b>Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις</b>	<b>Άλλες σχετικές παραπομπές</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
**Α΄. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

<b>Δ. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ</b>	
<b>1. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ No 6.5</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 185</b>
<b>2. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ No 7</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 186</b>
<b>3. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ No 7.5</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 187</b>
<b>4. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ No 8</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 188</b>
<b>5. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ No 8.5</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 189</b>
<b>6. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ No 6.5</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 190</b>
<b>7. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ No 7</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 191</b>
<b>8. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ No 7.5</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 192</b>
<b>9. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ No 8</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 193</b>
<b>10. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ No 8.5</b>	<b>ΔΑΧΕΙ 194</b>

**Τα παραπάνω γάντια πρέπει:**

3. Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα με τριετή (3 χρόνια) ως και πενταετή (5 χρόνια) διάρκεια.
4. Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής.
5. Να μην επηρεάζονται από τα λίπη.
6. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.
7. **Με μακριές μανσέτες (ως αναφέρονται στον πίνακα 3)** οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα (και άρα υψηλότερη ασφάλεια). Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να

αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) με ή χωρίς ρεβέρ.

8. Να γράφουν το μέγεθος και δεξί /αριστερό σε κάθε γάντι.
9. Οι διαστάσεις να ακολουθούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-2, AQL 1,5% σύμφωνα με το πρότυπο EN 455-1.
10. Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη).
11. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
  - ii. Το υλικό κατασκευής του γαντιού
  - iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα
  - iv. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
  - v. Η μέθοδος αποστείρωσης
  - vi. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
  - vii. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
  - viii. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
  - ix. οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
- i. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

12. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
13. Τα υλικά κατασκευής των αποστειρωμένων ιατρικών γαντιών μιας χρήσης να είναι αυτά που ορίζουν οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου, όπως περιγράφονται στην Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α.6.6404/8-8-1991 (ΦΕΚ 680, 8/8/91, τεύχος Β) για τα αποστειρωμένα ιατρικά βοηθήματα μιας χρήσης, όπως ισχύουν σήμερα.
14. Να έχουν μεγάλη αντοχή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-2.
15. Τραχειάς επιφανείας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον.
16. Σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-3, σε ό,τι αφορά τη βιολογική ασφάλεια.
17. **Με έγκριση CE** από Κοινοποιημένο οργανισμό.
18. Η ημερομηνία παραγωγής να είναι μικρότερη των 6 μηνών από την ημέρα παράδοσης.
19. Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων από το ανωτέρω προσφερόμενο είδος.

3. Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό στεριότητας και ελεύθερου πυρετογόνων, καθώς και εργαστηριακού ελέγχου, βάσει των απαιτήσεων των προτύπων EN 455-1, EN 455-2 & EN 455-3 και να υπάρχει συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού (πλάτος και ελάχιστο μήκος) όπως απαιτεί το ίδιο πρότυπο (πίνακας 3).

<b>Πίνακας 3. Διαστάσεις χειρουργικών γαντιών</b>		
Μέγεθος	Μήκος σε χιλιοστά	Πλάτος σε χιλιοστά <sup>1</sup>
6,5	270 ± 10	83 ± 4
7	270 ± 10	89 ± 5
7,5	280 ± 10	95 ± 5
8	290 ± 10	102± 6
8,5	290 ± 10	108± 6
9	290 ± 10	114± 6
9,5	290 ± 10	121± 6

1. Απαιτήσεις ως προς το πλάτος για γάντια από φυσικό latex.  
Οι διαστάσεις αυτές ως προς το πλάτος μπορεί να μην είναι κατάλληλες για γάντια από άλλα υλικά.

20. Να είναι πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο)
21. Με χαμηλότερα επίπεδα χημικών αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών του latex πέραν των επιπέδων που καθορίζει το EN 455-3.

## 22. Ελεγμένα ηλεκτρονικά ένα προς ένα για μικροοσπές.

- Να τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές (βλ. είδος Δ), επιπλέον τα αποστειρωμένα υποαλλεργικά χειρουργικά γάντια χωρίς πούδρα να είναι απαλλαγμένα από τα χημικά πρόσθετα του λατέξ, τα οποία προκαλούν δερματικούς ερεθισμούς και αλλεργίες και να μην έχουν γλιστερή εξωτερική επιφάνεια.

- Τα αποστειρωμένα υποαλλεργικά χειρουργικά γάντια με πούδρα να τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές (βλ. είδος Δ) αλλά να έχουν ελάχιστη πούδρα ( $\leq 10\text{mg/dm}^2$ ).

<b>Ε. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS</b>	
<b>1.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS MEDIUM</b>	<b>ΔΑΠΑΘ 011</b>
<b>2.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS LARGE</b>	<b>ΔΑΠΑΘ A11</b>
<b>3.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS EXTRA LARGE</b>	<b>ΔΑΠΑΘ B11</b>

- Να τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές (βλ. είδος Δ) και επιπλέον:
- Να είναι αδιαπέραστα από αιχμηρά αντικείμενα και χειρουργικές λεπίδες.
- Να ελαχιστοποιούν την αίσθηση αφής.
- Να επιτρέπουν άνετη κίνηση σε κάθε χειρισμό.
- Το υλικό της ύφανσης να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό (από ίνες SPECTRA υψηλής αντοχής)
- Με χρωματικό κώδικα μεγεθών
- Επαναχρησιμοποιούμενα 12 φορές τηρουμένων των οδηγιών καθαρισμού και αποστείρωσης
- Με ταμπέλα σημείωσης των χρήσεων
- σε ειδικό τεστ λεπίδας να δίνουν αντοχή μεγαλύτερη από 40 κύκλους.
- Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων από το ανωτέρω προσφερόμενο είδος.

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ**

Η Επιτροπή Διαγωνισμού-Ελέγχου-Παραλαβής πρέπει να ζητήσει από τον προμηθευτή όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των προηγούμενων προδιαγραφών, καθώς και πιστοποιητικά μικροσκοπικού ελέγχου, αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου για την κάθε παρτίδα (υλικό κατασκευής, αντοχής, ημερομηνία παραγωγής).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με οδηγίες **Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)** θα πρέπει να είναι μιας χρήσης κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και πιο συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Νόρμες EN 455-1, EN 455-2 και EN 455-3 (2001). Οι προδιαγραφές των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης που αναλύονται σε αυτές τις οδηγίες είναι:

- Σήμανση CE στη συσκευασία.
- Απουσία οπών.
- Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5.
- Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή).
- Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις).
- Οι παρακάτω ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον στη πρωτογενή συσκευασία:
  - i. «Το προϊόν περιέχει φυσικό ελαστικό κόμμι, το οποίο δυνατόν να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις» αν τα γάντια προέρχονται κατευθείαν από φυσικό ελαστικό κόμμι.
  - ii. «ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιφανειακή σκόνη πρέπει να αφαιρείται, ιδιαιτέρως πριν από τις χειρουργικές διαδικασίες, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου δυσμενών δερματικών αντιδράσεων» για γάντια επικαλυμμένα με σκόνη ταλκ.
  - iii. Εάν ο κατασκευαστής αναγράφει στην ετικέτα περιεκτικότητα πρωτεΐνης πρέπει να αναφέρει και το κατασκευαστικό όριο, το οποίο μετρήθηκε.
  - iv. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη «υποαλλεργικότητας».

Επιβάλλεται η δοκιμή δείγματος από τα μέλη της επιτροπής.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:**

**Περράκης Νικόλαος**

**Καρανίκας Σωτήριος**

**Κουμπενάκη Βικτωρία**

## Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
<b>Δ</b>	<b>ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ</b>									0
1	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Νο 6,5	ΔΑΧΕΙ 185	6000	ΖΕΥΓ.	7.3.73	0,1699	1019,4	24%	244,656	1264,056
2	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7	ΔΑΧΕΙ 186	7500	ΖΕΥΓ.	7.3.73	0,1699	1274,25	24%	305,82	1580,07
3	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7,5	ΔΑΧΕΙ 187	8000	ΖΕΥΓ.	7.3.73	0,1699	1359,2	24%	326,208	1685,408
4	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Νο 8	ΔΑΧΕΙ 188	4500	ΖΕΥΓ.	7.3.73	0,1699	764,55	24%	183,492	948,042
5	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Νο 8,5	ΔΑΧΕΙ 189	1000	ΖΕΥΓ.	7.3.73	0,1699	169,9	24%	40,776	210,676
6	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 6,5	ΔΑΧΕΙ 190	4000	ΖΕΥΓ.	7.3.72	0,173	692	24%	166,08	858,08
7	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7	ΔΑΧΕΙ 191	4000	ΖΕΥΓ.	7.3.72	0,173	692	24%	166,08	858,08
8	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7,5	ΔΑΧΕΙ 192	4000	ΖΕΥΓ.	7.3.72	0,173	692	24%	166,08	858,08
9	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 8	ΔΑΧΕΙ 193	3500	ΖΕΥΓ.	7.3.72	0,173	605,5	24%	145,32	750,82
10	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 8,5	ΔΑΧΕΙ 194	800	ΖΕΥΓ.	7.3.72	0,173	138,4	24%	33,216	171,616
<b>Ε</b>	<b>ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS</b>							24%		0
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS MEDIUM	ΔΑΠΑΘ 011	10	ΖΕΥΓ.		36,9	369	24%	88,56	457,56
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS LERGE	ΔΑΠΑΘ Α11	10	ΖΕΥΓ.		36,9	369	24%	88,56	457,56



3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ AIDS EXTRA LARGE	ΔΑΠΑΘ Β11	10	ΖΕΥΓ.		36,9	369	24%	88,56	457,56
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>8514,2</b>		<b>2043,408</b>	<b>10557,608</b>