



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Δ.Καφιέρη
Τηλ: 210 4520835
Φαξ: 210 4528948
Email: prommet@yahoo.gr

Πειραιάς 7617/14-4-2016

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ουροσυλλεκτών για Δημόσια Διαβούλευση»

Σχετ.: 1. Το υπ' αριθμ. 17/05.12.2013 απόσπασμα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ουροσυλλεκτών του Νοσοκομείου μας (Παράρτημα Β'), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 14/4/2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22/4/2016 στις 15.00 μμ.

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών prommet@yahoo.gr, συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α'.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ

Συνημμένα

1. Παράρτημα Α' - Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β' - Πίνακες Ειδών-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ

Προμήθεια Ουροσυλλεκτών

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ
από την Πέμπτη 14/4/2016 έως και την Παρασκευή 22/4/2016 στις 15.00 μμ.

| | |
|--|--|
| Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου | |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση | |
| Υπεύθυνος σύνταξης | |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας | |
| Τηλέφωνο | |
| Φαξ | |
| Email | |

1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

| Παράγραφος Αναφοράς (π.χ. 1) | Τίτλος Παραγράφου | Σελίδα/ες αναφοράς | Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις | Άλλες σχετικές παραπομπές |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ Α/Α 1 :ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΑΠΑΘ 131.

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
2. Να έχουν ευκρινώς τυπωμένη διαβάθμιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την μία πλευρά.
3. Να είναι διαφανείς από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να έχουν έντονο γαλακτώδες χρώμα, για ευκολότερη ανάγνωση της διαβάθμισης.
4. Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαμπτο υλικό, μήκους 100cm \pm 10% και εσωτερική διάμετρο έως 5 χιλιοστά. Ο σωλήνας να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται από ασφαλές κάλυμμα.
5. Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συμβατό με όλους τους τύπους των καθετήρων.
6. Κατασκευασμένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου(μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και με διπλές ραφές ασφαλείας.
7. Να διαθέτει ενισχυμένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών καθώς και ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα.
8. Να υπάρχει στήριγμα για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών, ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα.
9. Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήμανση CE.

ΕΙΔΟΣ Α/Α 2: ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΑΠΑΘ 270.

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
2. Να έχουν ευκρινώς τυπωμένη διαβάθμιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την μία πλευρά.
3. Να είναι διαφανείς από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να έχουν έντονο γαλακτώδες χρώμα, για ευκολότερη ανάγνωση της διαβάθμισης.
4. Η κάνουλα εκκένωσης να είναι τύπου «Τ» (σταυρού) ή με κλιπ για δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι.
5. Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συμβατό με όλους τους τύπους των καθετήρων.
6. Κατασκευασμένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (μη τοξικό)PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και με διπλές ραφές ασφαλείας.
7. Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαμπτο υλικό, μήκους 100cm \pm 10% και εσωτερική διάμετρο έως 5 χιλιοστά. Ο σωλήνας να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται από ασφαλές κάλυμμα.
8. Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη και διακόπτη ροής .
9. Να είναι συσκευασμένοι σε ατομική και ασφαλή συσκευασία .
10. Να διαθέτει ενισχυμένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών.
11. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο (κάτω πλευρά).
12. Να υπάρχει στήριγμα για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών, ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα.
13. Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήμανση CE.

ΕΙΔΟΣ Α/Α 3: ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ή ΚΛΙΠ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΑΠΑΘ 428.

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
2. Να έχουν ευκρινώς τυπωμένη διαβάθμιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την μία πλευρά.
3. Να είναι διαφανείς από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να έχουν έντονο γαλακτώδες χρώμα, για ευκολότερη ανάγνωση της διαβάθμισης.
4. Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαμπτο υλικό, μήκους $100\text{cm} \pm 10\%$ και εσωτερική διάμετρο έως 5 χιλιοστά. Ο σωλήνας να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται από ασφαλές κάλυμμα.
5. Κατασκευασμένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (μη τοξικό)PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και με διπλές ραφές ασφαλείας.
6. Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συμβατό με όλους τους τύπους των καθετήρων.
7. Η κάνουλα εκκένωσης να είναι τύπου «Τ»(σταυρού) ή με κλιπ για δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι.
8. Να διαθέτουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη .
9. Να διαθέτει ενισχυμένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών.
10. Να είναι μη αποστειρωμένοι και σε ατομική συσκευασία.
11. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο (κάτω πλευρά).
12. Να υπάρχει στήριγμα για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών, ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα.
13. Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήμανση CE.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΛΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ | ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΠΟΣΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΔΑΠΑΘ 131 | 6000 | TEM | 41.6.4 | 0,1142 | 685,2 | 23% | 157,6 | 842,8 |
| 2 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΔΑΠΑΘ 270 | 500 | TEM | | 0,117 | 58,5 | 23% | 13,46 | 71,96 |
| 3 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΔΑΠΑΘ 428 | 76.000 | TEM | | 0,172 | 13072 | 23% | 3006,56 | 16078,56 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Z | ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 13815,7 | | 3177,62 | 16993,32 |
| H | | | | | | | | | | |